

**НОВОГРАД – ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА  
НОВОГРАД – ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА**

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«НОВОГРАД – ВОЛИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ  
МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»**

11700, Житомирська область, м. Новоград – Волинський, вул. Наталії Оржевської, 13  
Код ЄДРПОУ 01991820, тел./факс (04141) 3-51-63, e-mail: [novogradtmo@gmail.com](mailto:novogradtmo@gmail.com)

29.04.2021 № 945

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення закупівлі

Устаткування для операційних блоків (код ДК 021:2015 33160000-9) – ендоскопічна система з відеогастроскопом (код НК 024:2019 35616 Система ендоскопічної візуалізації)

Ідентифікатор плану закупівлі: [UA-P-2021-04-29-000078-c](#)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-04-29-000099-c

Джерело фінансування закупівлі: Кошти місцевого бюджету

Очікувана вартість предмета закупівлі: 853000.00 гривень з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована на основі методу порівняння ринкових цін, на основі актуальних цін з пропозицій постачальників, що здійснюють реалізацію даного товару

Технічні характеристики:

№	Медико – технічні вимоги
1.1	Діаметр зовнішнього тубусу не менш ніж 9,2 мм;
1.2	Робочий канал не менш ніж 2,8 мм;
1.3	Кут поля зору не менше ніж 140 градусів;
1.4	Кут відхилення вгору не менш ніж 210 градусів;
1.5	Кут відхилення донизу не менш ніж 90 градусів;
1.6	Кут відхилення вправо/вліво не менш ніж 100 градусів /100 градусів;
1.7	Глибина різкості не менш ніж від 3 мм до 100 мм;
1.8	Робоча довжина не менш ніж 1050 мм;
2.	
2.1	Відеопроцесор, що виконує функції монітора, світлодіодного джерела світла, інсуфляційного насоса та блок документування
2.2	Можливість збереження фрагментів відео та фото;

2.3	Наявність регулювання кольору не менше 11 рівнів
2.4	Наявність насиченості кольорів не менше 11 рівнів
2.5	Наявність регулювання яскравості не менше 11 рівнів
2.6	Наявність автоматичного налаштування балансу білого;
2.7	Наявність відео-виходів DVI та HDMI;
2.8	Наявність слоту для SD-карти;
2.9	Наявність вбудованого світлодіодного джерела світла;
2.10	Кольорова температура не менш ніж 5300 К.
<b>3.</b>	
3.1	Наявність гальм на передній парі коліс
3.2	Кількість полиць, не менше 4
<b>4.</b>	
4.1	Діагональ монітору: не менше ніж 24 дюймів
4.2	Розподільча здатність: не менше ніж 1920 x 1080
4.3	Яскравість: не менше ніж 300кд/м <sup>2</sup>
4.4	Контрастність: не менше 1000:1
4.5	Кут огляду: не менше ніж 89°

Додаток: зразки пропозицій постачальників аналогічного товару (*інформація з відкритих джерел*).

Генеральний директор

Борис В.М.



# ТОВ «МК»КАРДІО»

08630, Київська область, Васильківський район,  
с/мт. Гаєваха, вул. Вокзальна, 43  
тел./факс 04571-3-82-62

E-mail: [cardio@cardio.net.ua](mailto:cardio@cardio.net.ua), Інтернет: [www.cardio.net.ua](http://www.cardio.net.ua)


## ЕНДОСКОПІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

### ВІДЕОЕНДОСКОПІЧНИЙ КОМПЛЕКС



- монітор,
- блок керування гнучкою та жорсткою ендоскопією,
- світлодіодне джерело світла,
- інсуфляційний насос,
- записуючий пристрій.

### ВІДЕОГАСТРОСКОП



- глибина різкості 3-100 мм,
- кут поля зору 145 градусів,
- діаметр інструментального каналу 2,8 мм,
- діаметр зовнішнього тубусу 9,2 мм,
- кути вигину дистального кінця вгору/вниз 210/90 градусів,  
вправо/вліво 100/100 градусів,
- довжина робочої частини 1050 мм.

### SONY 24 МОНІТОР



### ВІЗОК



**Вартість: 902 200,00 грн.**





З повагою,

Директор ТОВ «МК»КАРДІО»



Чумаченко Л.М.

## Ендоскопічне обладнання




НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ	Ціна, грн
<p><b>ВІДЕОЕНДОСКОПІЧНИЙ КОМПЛЕКС</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>-монітор,</li> <li>- блок керування гнучкою та жорсткою ендоскопією,</li> <li>-світлодіодне джерело світла,</li> <li>-інсуфляційний насос,</li> <li>-записуючий пристрій.</li> </ul>	302 000,00
<p><b>ВІЗОК</b></p> 	49 050,00
<p><b>МОНІТОР SONY 24</b></p> 	139 000,00
<p><b>ВІДЕОГАСТРОСКОП</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>-глибина різкості 3-100 мм,</li> <li>- кут поля зору 145 градусів,</li> <li>- діаметр інструментального каналу 2,8 мм,</li> <li>- діаметр зовнішнього тубусу 9,2 мм,</li> <li>- кути вигину дистального кінця вгору/вниз 210/90 градусів, вправо/вліво 100/100 градусів,</li> <li>- довжина робочої частини 1050 мм</li> </ul>	398 700,00
<p><b>ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ:</b></p>	888 750,00

З повагою,  
 Директор  
 ТОВ «ФОРАМЕД»



Близнюк О.М.


**Комерційна пропозиція на ендоскопічне обладнання,  
виробництва компанії Brightfield (Швеція)  
(комплектація набору може коригуватися виходячи з потреби)**

Кат. №	НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ	Ціна в UAH	К-ть	Сума в UAH
	<p>ВІДЕОЕНДОСКОПІЧНИЙ КОМПЛЕКС</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>-монітор,</li> <li>- блок керування гнучкою та жорсткою ендоскопією,</li> <li>-світлодіодне джерело світла,</li> <li>-інсуфляційний насос,</li> <li>-записуючий пристрій.</li> </ul>	288 000,00	1	288 000,00
	<p>ВІДЕОГАСТРОСКОП</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>-глибина різкості 3-100 мм,</li> <li>- кут поля зору 145 градусів,</li> <li>- діаметр інструментального каналу 2,8 мм,</li> <li>- діаметр зовнішнього тубусу 9,2 мм,</li> <li>- кути вигину дистального кінця вгору/вниз 210/90 градусів,</li> <li>вправо/вліво 100/100 градусів,</li> <li>- довжина робочої частини 1050 мм.</li> </ul>	384 000,00	1	384 000,00
	<p>ВІЗОК</p> 	42 720,00	1	42 720,00



# ТОВ "МЕД ЕКСІМ"

Юридична адреса: 01032, м.Київ, вул. Назарівська, будинок 1, тел./факс +38(044)234-34-28

LCD-24	SONY 24 Монітор 	136 800,00	1	136 800,00
<b>ВАРТІСТЬ НАБОРУ В УАН :</b>				<b>852 000,00</b>

З повагою,  
Директор ТОВ «Мед Ексім»



Смага Н.І.