

ООО «Аналитические исследовательские приборы»

Адрес (место нахождения): 192019, г. С.-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.11, литера Э, оф. 209
ИНН 7806470903 КПП 781101001 ОГРН 1127847066742 ОКПО 38054748
тел.: (812) 574 63 03 моб. тел.: +7 921 754 65 51 <https://analyt-ava.ru/> e-mail: analyt@list.ru, info@analyt-ava.ru

Автоматический титратор ВК-РТ860

БИОBASE®



Автоматический титратор ВК-ТР860 - это лабораторный потенциометрический титратор, имеющий высокую точность анализа.

Прибор имеет модульную конструкцию и состоит из трех частей:

- устройства объемного титрования
- устройства управления
- измерительного устройства.

Методы титрования, которые реализуются в титраторе ВК-ТР860:

макротитрование, микротитрование, титрование с заданным объемом, титрование до конечной точки и другие.

Особенности

- Использование магнитной катушки для перемешивания.
- Точное регулирование объема жидкости с обратной связью для пользователя.
- Высокоточная бюретка.
- Простая конструкция, дискретный блок перемешивания, легко разбирается.
- Сенсорный ЖК-экран.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Модель
	ВК-РТ860
Метод титрования	Потенциометрическое
Диапазон измерения напряжения	±1999 мВ
Диапазон измерения рН	0 ~ 14.00 рН
Диапазон измерения температуры	0 ~ 100°C
Разрешение	0,01 рН; 0,1 мВ; 0,1°C
Точность	0,2%
Повторяемость	≤ 0,2 мВ
Точность измерения объема в бюретке	Бюретка 15 мл ± 0,025 мл
	Бюретка 25 мл ± 0,035 мл
Питание	АС 110 В/220 В ± 10 %, 50/60 Гц
Габаритные размеры (ШхГхВ)	282 x 384 x 362 мм
Габаритные размеры упаковки (ШхГхВ)	620 x 440 x 370 мм
Вес в упаковке	12,2 кг